

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CNPJ: 11.265.919/0001-23 Telefone: (49) 3644-6700 Endereço: Rua Dom Pedro II, 969 - Centro CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira	Pregão presencial 25/2022
	Número Processo: 25/2022 Data do Processo: 27/07/2022

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ITEM NO ANEXO I.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2022

Reuniram-se no dia 09/08/2022, as 09:06 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 9302021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 25/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Aberto o envelope contendo a proposta dos proponentes S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, e LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, constatou-se que os mesmos apresentaram a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foram classificados. Desta forma, a comissão passa para fase de lances.

Finalizada a etapa de lances, declara-se como vencedores os proponentes abaixo relacionados, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitação.

Participante: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM INDICADOR VISUAL DE PORCENTAGEM DE PUREZA, INDICADOR DE ALARME VISUAL E SONORO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, 60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA MENOR QUE 300 W COM RODÍZIOS E ALÇAS PARA FÁCIL A MOVIMENTAÇÃO; FUNÇÃO DE MICRONEBULIZAÇÃO INTEGRADA. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. RUÍDO DE NO MAXIMO 45dB POTENCIA ELETRICA DE NO MINIMO 280W. SENSOR DE ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO MENOR QUE 82%. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. CIRCUITO DE P - CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM INDICADOR VISUAL DE PORCENTAGEM DE PUREZA, INDICADOR DE ALARME VISUAL E SONORO, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, 60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA MENOR QUE 300 W COM RODÍZIOS E ALÇAS PARA FÁCIL A MOVIMENTAÇÃO; FUNÇÃO DE MICRONEBULIZAÇÃO INTEGRADA. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. RUÍDO DE NO MAXIMO 45dB POTENCIA ELETRICA DE NO MINIMO 280W. SENSOR DE ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO MENOR QUE 82%. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ALTA TENSÃO. GARANTIA DE 12 MESES. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES AO MUNICIPIO SEM CUSTOS ADICIONAIS (FRETE).	10,000	UN	MERCURY	4.100,0000	41.000,00

ITENS INCLUSOS:

- 01 CONCENTRADOR (Conforme descrição)
 - Copo Umidificador
 - Cateter nasal adulto
- Manual em português

Total do Participante: 41.000,00

Total Geral: 41.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 09/08/2022

Jean Robson Wust

PREGOEIRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

S & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
E HOSPITALA
MATEUS CAPITANEO
